




# eurofins



## 防爆構造電気機械器具型式検定合格証

発行者： ユーロフィンズ・イーアンドイー・シーエムエル・リミテッド ユニット1、ニューポートビジネスパーク、ニューポートロード、エレスメアポート CH65 4LZ 英国		
申請者	SpectraSensors Inc. 11027 Arrow Route, Rancho Cucamonga, CA 91730. USA	
製造者	<b>SpectraSensors Inc.</b> <b>11027 Arrow Route, Rancho Cucamonga, CA 91730. USA</b>	
品名	TDL ガス分析計	
型式の名称	SS2100i-2	
防爆構造の種類	耐圧防爆構造	
対象ガス又は蒸気の 発火度及び爆発等級	IIB+H2 T4 Gb	
製品上の Ex マーキング	Ex db IIB+H2 T4 Gb	
定格	AC120~240V、300W	
使用条件	なし	
型式検定合格番号	<b>CML 18JPN1096</b>	
有効期間	平成 30 年 03 月 15 日 から 平成 33 年 03 月 14 日まで	
	2021 年 03 月 15 日 から 2024 年 03 月 14 日まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する

2021 年 03 月 15 日

型式検定実施者：ユーロフィンズ・イーアンドイー・シーエムエル・リミテッド主任検定員