

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

発行者：サーティフィケーション・マネジメント・リミテッド ユニット1、ニューポートビジネスパーク、ニューポートロード、エレスメアポート CH65 4LZ 英国	
申請者	SpectraSensors Inc. 11027 Arrow Route, Rancho Cucamonga, CA 91730. USA
製造者	SpectraSensors Inc. 11027 Arrow Route, Rancho Cucamonga, CA 91730. USA
品名	TDL ガス分析計
型式の名称	SS2100i-2
防爆構造の種類	耐圧防爆構造
対象ガス又は蒸気の 発火度及び爆発等級	IIB+H2 T4 Gb
製品上の Ex マーキング	Ex d IIB+H2 T4 Gb
定格	AC120~240V、300W
使用条件	なし
型式検定合格番号	CML 18JPN1096
有効期間	平成 30 年 03 月 15 日 から 平成 33 年 03 月 14 日まで



機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する

平成 30 年 03 月 15 日

型式検定実施者：サーティフィケーション・マネジメント・リミテッド技術取締役

